

**Service de la santé publique**

Bâtiment administratif de la Pontaise  
Av. des Casernes 2  
1014 Lausanne

**DIRECTIVES PREHOSPITALIERES**

**Groupe :** LOG  
**Nom :** Expertise sanitaire des ambulances

**CATEGORIE D'AMBULANCE :**  A  C<sup>T</sup>  C

Service d'ambulance de :	RE :
Marque et type du véhicule :	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation :
No de châssis :	No d'immatriculation :
Descriptif du véhicule : <input type="checkbox"/> Limousine <input type="checkbox"/> Fourgon <input type="checkbox"/> Caisson	
Documents supplémentaires obligatoires : <input type="checkbox"/> Photos (4 faces) <input type="checkbox"/> Copie permis de circulation <input type="checkbox"/> Certificat conformité EN1789	
<b>Inscriptions extérieures</b> <input type="checkbox"/> A / C <sup>T</sup> <input type="checkbox"/> Pas de marquage « cantonal » (ou ressemblance) <input type="checkbox"/> Pas d'inscription « urgences », « urgences-santé 144 », « 144 » <input type="checkbox"/> Couleur : ..... (claire sauf EuroYellow RAL 1016)	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> Marquage « cantonal » <input type="checkbox"/> Logo service (portes AV) <input type="checkbox"/> Logo DisCUP <input type="checkbox"/> Couleur = EuroYellow RAL 1016
<b>Remarques :</b>	
<b>Lieu, date :</b>	
Pour le SSP (nom, prénom) :	Signature :
Pour le service (nom, prénom) :	Signature :

EQUIPEMENT DES AMBULANCES ET DES INTERVENANTS	A	C <sup>T</sup>	C	C <sup>P3/</sup> <sub>s</sub>
<b>Communications</b>				
Emetteur-récepteur mobile Polycom			1	option
Emetteur-récepteur portable Polycom			2	2
Téléphone portable	1	1	2	2
Tablette numérique avec statut du véhicule (modèle cantonal - relié à la CASU)			1	1
Tablette numérique pour saisie des rapports d'intervention (modèle cantonal - relié à la CASU)			1	1
<b>Equipement des intervenants</b>				
	A	C <sup>T</sup>	C	C <sup>P3/</sup> <sub>s</sub>
Uniforme adapté pour les transferts (modèle cantonal exclu)	1/p	1/p		
Uniforme d'intervention EN471 - cl2 (modèle cantonal - reconnu IAS) • Pantalon / Chemise / Veste / Veste de protection / Gilet HV			1/p	1/p
Chaussures de sécurité (EN345)			1/p	1/p
Casque de sécurité + lampe (modèle cantonal - reconnu IAS)			1/p	1/p
Gants de protection (EN420)			1/p	1/p
Lunettes de protection (EN166)	1/p	1/p	1/p	1/p
Masque de protection (EN149)	2/p	2/p	2/p	2/p
Blouse de protection	1/p	1/p	1/p	1/p
Gilets de protection (modèle cantonal)			1/p	1/p
Gilets de sauvetage + corde de sauvetage en milieu aquatique			option	option
<b>Protection et sauvetage</b>				
	A	C <sup>T</sup>	C	C <sup>P3/</sup> <sub>s</sub>
Chasubles « leader » + « pré-triage » (lot)			1	1
Fiches SAP (lot de 25) + 1 planche de pré-triage (modèle cantonal)			1	1
Triangle avertisseur rétro-réfléchissant à 3 pans (h.min = 90cm) et lampe de signalisation (éclats ou LED)	1	1	2	1
Projecteur à main			√	√
Extincteur « Light water » (min.6 l.)	√	√	√	√
Dispositif de protection des airbags			√	option
Outil de pionnier			√	option
Craie + constat d'accident EU	√	√	√	√
Détecteur CO			1	1
<b>Brancard, relevage et immobilisation</b>				
	A	C <sup>T</sup>	C	C <sup>P3/</sup> <sub>s</sub>
Brancard (avec surélévation torse et MI) * Véhicule neuf : modèle électrique. Véhicule d'occasion : modèle électrique au plus tard le 1.1.2021 dès immatriculation	1	1	1*	1*
Système sécurisé de transport PED compatible avec brancard	1	1	1	1
Civière à aubes + matériel d'immobilisation	1	1	1	1
Planche de sauvetage adulte + matériel d'immobilisation			1	1
Planche de sauvetage PED + matériel d'immobilisation			1	1
Chaise pliante * Véhicule neuf : modèle à chenilles. Véhicule d'occasion : modèle à chenilles au plus tard le 1.1.2020	option	option	1*	1*
Atelles membres (min.3 tailles)	1	1	1	1

Colliers cervicaux (adultes / PED) (lot)	1	1	1	1
Sangle d'immobilisation pelvienne			1	1
Matelas à dépression + pompe manuelle	1	1	1	1
Corset d'extraction - KED			1	option
Sangles d'immobilisation/contention (patient agité)	√	√	√	√
<b>Soins, hygiène, trauma, set balistique et divers</b>	<b>A</b>	<b>C<sup>T</sup></b>	<b>C</b>	<b>C<sup>P3/</sup><sub>s</sub></b>
Matériel de couchage (alèzes, coussin, couverture)	√	√	√	√
Ciseaux à habits, pinces à clamper	√	√	√	√
Couvertures isothermiques	√	√	√	√
Draps triangulaires		√	√	√
Matériel « pansement » (lot)		√	√	√
Matériel « brûlure »			√	option
Désinfectant non alcoolisé	√	√	√	√
Sachets chauffants et refroidissants			√	√
Sacs à vomissures	√	√	√	√
Boîtes de gants à usage unique (latex exclu) S, M, L, XL	√	√	√	√
Urinal	√	√		
Sacs à déchets (rouleau)	√	√	√	√
Sacs à déchets biologiques (rouleau) - identifiable	√	√	√	√
Set d'accouchement		√	√	√
Dispositif de désinfection du matériel	√	√	√	√
Garrots artériels, en plus des kits « Damage control »			2	2
Set de 4 kits « Damage control » comprenant chacun (en plus du matériel listé) : 1 garrot artériel, 1 pansement compressif, 2 pansements de gaze comprimée, 1 stylo marqueur, 1 couverture aluminium, 1 canule de Wendel 28 French, 2 paires de gants, 1 paire de ciseaux, 1 pansement plaie soufflante, 1 mode d'emploi			1 set de 4 kits	1 set de 4 kits
<b>Appareillage de mesures - AED/DSA</b>	<b>A</b>	<b>C<sup>T</sup></b>	<b>C</b>	<b>C<sup>P3/</sup><sub>s</sub></b>
Tensiomètre manuel (brassards adultes et PED - diverses tailles)	√	√	√	√
Stéthoscope	√	√	√	√
Tensiomètre automatique (brassards adultes et PED - diverses tailles)	√	√	√	√
Pulsoxymètre + adaptateur PED	√	√	√	√
Thermomètre digital	√	√	√	√
Glucomètre		√	√	√
Moniteur / Défibrillateur Au minimum fonctions défibrillation, cardioversion et pacing Electrodes adultes & pédiatriques		√		√

Moniteur / Défibrillateur. Au minimum fonctions défibrillation, cardioversion, pacing, 12 dérivations et modem de télémétrie (délai pour ces 2 derniers équipements : 30.6.2018 Modèle défini par le SSP pour les ambulances du DisCUP, modèle équivalent pour les autres ambulances			√	option
Moniteur / Défibrillateur. Au minimum fonctions défibrillation, cardioversion, pacing		√		√
Electrodes adultes avec assistance au massage cardiaque (par exemple, CPR Stat Padz pour ZOLL E et ZOLL X) Si défibrillateur d'une marque différente, dispositif équivalent			√	√
Electrodes pédiatriques (défibrillation/pacing/cardioversion)			√	√
AED + patches défi (adultes / PED)	√			
Respirateur automatique avec spiromètre		à dispo		à dispo
Capnomètre		√	√	√
<b>Aspiration, oxygénation, ventilation</b>	<b>A</b>	<b>C<sup>T</sup></b>	<b>C</b>	<b>C<sup>P3/</sup><sub>s</sub></b>
Aspiration électrique portable (avec canule rigide et sondes flexibles)	√	√	√	√
Aspiration manuelle portable	√	√	√	√
Canules oropharyngées (adulte / PED)	√	√	√	√
Canules nasopharyngées (adulte / PED) + lubrifiant		√	√	√
Set d'intubation adulte		√	√	√
Set d'intubation PED		√	√	√
Station fixe d'O2 / 2 prises avec débitmètre 0-15 l/min (litre)	2000	2000	2000	2000
Station mobile d'O2 avec débitmètre 0-15 l/min (litre)	200	400	400	400
Masque O2 à haute concentration (adulte / PED)	√	√	√	√
Masque O2 nébuliseur (adulte / PED)		√	√	√
Lunettes O2 (adulte / PED)	√	√	√	√
Ballon de ventilation « adulte » avec réservoir O2 + 3 masques de diff. tailles	√	√	√	√
Ballon de ventilation « PED » avec réservoir O2 + 3 masques de diff. tailles	√	√	√	√
Ballon de ventilation « nourrisson » avec réservoir O2 + masques (1x nourrisson)		√	√	√
Masque de poche	√	√	√	√
<b>Perfusion, injection</b>	<b>A</b>	<b>C<sup>T</sup></b>	<b>C</b>	<b>C<sup>P3/</sup><sub>s</sub></b>
Matériel de pose de cathéter intra-osseux (au minimum 1 perceuse EZ-IO et 1 aiguille adulte)			√	option
Matériel de pose VVP (cathéters sécurisés)		√	√	√
Tubulures avec robinet 3 voies		√	√	√
NaCl 0.9% *Flex souple, modèle sans air		2l.	*3l.	*2l.
NaCl 0.9% : Ampoule de dilution de 10ml		√	√	√

Manchette à pression		√	√	√
Manchette isothermique pour perfusion		√	√	√
Container chauffant pour perfusions (min. 0.5l chauffé)		√	√	√
<b>Perfusion, injection</b>	<b>A</b>	<b>C<sup>T</sup></b>	<b>C</b>	<b>C<sup>P3/S</sup></b>
Seringues		√	√	√
Seringues intra-nasales		√	√	√
Aiguilles pour préparation de médicaments et injections IM et SC		√	√	√
Container pour aiguilles usagées (usage unique)		√	√	√

	<b>A</b>	<b>C<sup>T</sup></b>	<b>C</b>	<b>C<sup>P3/S</sup></b>
<b>Médicament (DCI)</b>		<b>* / **</b>	<b>*</b>	<b>* / **</b>
Acide acétylsalicylique (ampoule sèche et per os)	<del>X</del>	√	√	√
Epinéphrine (ampoule)	<del>X</del>	√	√	√
Epinéphrine seringue pré-remplie 150µg et 300µg	<del>X</del>	√	√	√
Amiodarone (ampoule)	<del>X</del>	√	√	√
Antiémétique (molécule selon médecin conseil du service)	<del>X</del>	√	√	√
Clonazépam (ampoule)	<del>X</del>	√	√	√
Diazépam (microcystère 10mg)	<del>X</del>	√	√	√
Diazépam (microcystère 5mg)	<del>X</del>	√	√	√
Dinitrate d'isosorbide (spray)	<del>X</del>	√	√	√
Fentanyl (ampoule)	<del>X</del>	√	√	√
Glucagon (kit 1mg)	<del>X</del>	√	√	√
Glucose 40% ou 50% (ampoule) et 20% (ampoule et/ou perf)	<del>X</del>	√	√	√
Midazolam (ampoule), concentration compatible pour utilisation intranasale	<del>X</del>	√	√	√
Morphine (ampoule)	<del>X</del>	√	√	√
Naloxone (ampoule)	<del>X</del>	√	√	√
Paracétamol 125mg (suppositoires ou gouttes)	<del>X</del>	√	√	√
Paracétamol 250mg (suppositoires ou gouttes)	<del>X</del>	√	√	√
Salbutamol pour aérosol (gouttes ou unidoses)	<del>X</del>	√	√	√
Thiamine (ampoule)	<del>X</del>	√	√	√

\* Les dilutions, marques et nombres de médicaments sont laissés à l'appréciation de la direction (RE et médecin-conseil) du service d'ambulances en fonction du fonctionnement de ce dernier (lieu d'approvisionnement, possibilité d'accès à la réserve, etc.).

\*\* Pour les ambulances de type C<sup>T</sup>, des médicaments supplémentaires, en relation avec le type d'activité, peuvent être ajoutés.

√ Le nombre de matériel stipulé est laissé à l'appréciation de la direction (RE et médecin-conseil) du service d'ambulances en fonction du fonctionnement de ce dernier (lieu d'approvisionnement, possibilité d'accès à la réserve, etc.).